

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2023

THƯ MỜI

Trân trọng kính mời các đơn vị tư vấn đủ điều kiện và năng lực tham gia cung cấp bản chào giá cạnh tranh (kèm hồ sơ năng lực chứng minh):

Gói thầu số 06: Lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ Tư vấn Lập hồ sơ mời thầu (E-HSMT), đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) cho gói thầu : Mua sắm thiết bị y tế nguồn Ngân sách Nhà nước năm 2023.

Gói thầu số 07: Lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ Tư vấn Thẩm định hồ sơ mời thầu (E-HSMT), thẩm định kết quả LCNT cho gói thầu : Mua sắm thiết bị y tế nguồn Ngân sách Nhà nước năm 2023.


(Kèm theo thư mời là danh mục được lập kế hoạch).

Giá nhà thầu cung cấp phải bao gồm thuế và tất cả các chi phí kèm theo.

Địa chỉ nhận báo giá cạnh tranh:

- Bệnh viện Mắt Hà Nội
- Phòng/Ban: Khoa Dược
- Địa chỉ: 37 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại: 02439343900
- Thư mời đăng tải tại <https://benhvienmathanoi.gov.vn/>
- Thời hạn cung cấp bản chào giá và hồ sơ năng lực: trước 17h ngày 31/08/2022

Trân trọng thông báo./.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Hiệu

DANH MỤC KÈM THEO GÓI THẦU MỜI THẦU

TT	Tên TBVT	ĐVT	Số lượng	Đơn giá kế hoạch	Thành tiền	Cấu hình thông số kỹ thuật
1	Máy chụp cắt lớp đáy mắt	Máy	1	2.500.000.000	2.500.000.000	I. YÊU CẦU CHUNG: - Thiết bị sản xuất năm 2023 trở về sau. - Chất lượng mới 100%. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương - Nguồn điện sử dụng: Phù hợp với lưới điện Việt Nam II. YÊU CẦU CẤU HÌNH: - Máy chính: 01 máy - Tủ cầm nâng hạ tích hợp: 01 cái - Bộ phần mềm xử lý đáp ứng các chức năng theo yêu cầu kỹ thuật: 01 bộ - Máy tính: 01 bộ - Máy in phun màu: 01 cái - Bàn nâng hạ điều khiển điện: 01 cái - Bao phủ bụi: 01 cái - Giấy lót ty cầm: 01 hộp - Dây cáp kết nối: 01 bộ - Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ III. CHỈ TIÊU KỸ THUẬT: - Thực hiện chụp cắt lớp được cả bán phần trước và bán phần sau nhãn cầu - Nguồn sáng: Đi-ốt siêu phát quang - Công nghệ: Spectral Domain OCT (SD-OCT) - Tốc độ quét (A-scan) tối đa ≥ 85.000 mẫu/giây (Hz) - Vùng quét tối đa ≥ 16 mm - Độ phân giải dọc ≤ 7 μm - Độ phân giải ngang ≤ 14 μm - Độ sâu quét trong mô $\geq 1,8$ mm, độ sâu quét tối đa ≥ 6 mm - Dải điều chỉnh hội tụ: ≤ -12 D đến $\geq +12$ D - Phần mềm và chức năng ứng dụng lâm sàng: + Có chức năng tái tạo hình ảnh đáy mắt + Có chức năng tự động theo dõi, căn chỉnh mắt trong quá trình chụp (Tracking)

						+ Có các chức năng chụp, phân tích: tiền phòng (Anterior chamber), chụp mạch (Angiography), giác mạc (Cornea), đáy mắt (Fundus), phân tích Glaucoma - Cấu hình máy tính: + Hệ điều hành: Windows bản quyền + Bộ nhớ trong (RAM): ≥ 16 GB + Ổ cứng: SSD ≥ 120 GB, HDD ≥ 2 TB + Màn hình LCD ≥ 24 inch, độ phân giải $\geq 1.600 \times 1.200$ pixels + Kết nối: ≥ 6 cổng USB + Chuột, bàn phím đi kèm IV. YÊU CẦU KHÁC: - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi nghiệm thu thiết bị đưa vào sử dụng; - Có cam kết thực hiện bảo trì định kỳ trong thời gian bảo hành: Bảo trì theo quy định của nhà sản xuất; - Thời gian cung cấp: ≤ 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực - Thời gian lắp đặt: ≤ 10 ngày kể từ ngày hàng hóa được tập kết tại nơi lắp đặt - Có cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho nhân viên kỹ thuật tại nơi sử dụng quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật với hệ thống LIS - Có cam kết thực hiện kết nối thiết bị với hệ thống LIS - Có cam kết bảo trì sau bảo hành và cung cấp các phụ tùng thay thế trong thời gian ít nhất là 10 năm kể từ ngày bàn giao. - Có bản chào giá bảo trì và các phụ tùng thay thế theo giá Việt Nam đồng
2	Máy Laser Quang đông Vồng mạc	Máy	1	3.160.000.000	3.160.000.000	I. YÊU CẦU CHUNG: - Thiết bị sản xuất năm 2023 trở về sau. - Chất lượng mới 100%. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương - Nguồn điện sử dụng: Phù hợp với lưới điện Việt Nam II. YÊU CẦU CẤU HÌNH: - Máy chính: 01 máy - Sinh hiển vi chuyên dụng 5 mức phóng đại: 01 cái - Bộ kết nối với sinh hiển vi: 01 cái - Kính an toàn bảo vệ mắt (577 nm): 02 cái

[illegible]

— 4 —

						- Hệ thống dùng cho cắt dịch kính bán phần sau. - Màn hình điều khiển màu cảm ứng ≥ 15 inches. - Có chế độ trao đổi khí dịch tự động (fluid/air exchange) - Có chế độ hút ngược Reflux. - Có chức năng xác nhận bằng giọng nói. - Nguồn sáng: hệ thống gồm 2 đèn chiếu sáng - Có khả năng nâng cấp laser nội nhãn 532 nm, điều khiển bằng bàn đạp. Hệ thống bơm: - Sử dụng hệ thống bơm kết hợp nhu động và venturi hoặc tương đương hoặc công nghệ cao hơn - Chế độ điều khiển: tối thiểu 3 chế độ/ chương trình điều khiển - Áp suất hút tối đa ≥ 600 mmHg - Dòng hút tối đa ≥ 60 ml/ phút Cắt dịch kính: - Tốc độ cắt: từ ≤ 100 đến ≥ 7.500 cpm - Chế độ điều khiển: tối thiểu 3 chế độ/ chương trình điều khiển Đốt điện lưỡng cực: - Sử dụng đốt điện cầm máu lưỡng cực - Công suất tối đa ≥ 8 W Bộ dụng cụ phẫu thuật: - Tay phaco: 01 cái - Đầu cắt dịch kính bán phần trước 20G: 03 cái - Cáp kết nối kẹp đốt điện: 01 - Đầu đốt điện bán phần sau 23 G: 01 cái - Kẹp đốt điện cong: 01 cái - Kim Phaco titanium đường kính 0,9 mm: 01 cái - Sleever vàng, ống 1,8mm: 01 cái - Sleever vàng cho phaco hai tay: 01 cái - Cassette dùng cho bán phần sau: 05 cái - Đầu cắt dịch kính dùng 1 lần: 05 cái - Đinh nước 23G: 01 cái
--	--	--	--	--	--	--

